

## Familia 02903 – Dosificación y tratamientos

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">235470</a>	<b>MINIFOTOMETRO PORTATIL CLORO LIBRE</b>	1



Minifotómetro de Cloro Libre con:

- Rango de 0-2.5 ppm
- Resolución de 0.01ppm
- Muestra de reactivo HI 93701-01 (polvo) / HI 93701 F (líquido)

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD**

Este mensaje y el contenido de muestra recibida, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:

- 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
  - 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
- Combatir el spam es tarea de todos

